



## **SEMMEIWEIS EGYETEM**

*Általános Orvostudományi Kar*

### **II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika**

Igazgató: Dr. Pajor Attila egyetemi tanár

1082 Budapest, VIII. Üllői út 78/A.

Tel.: 313-7856, Fax: 333-4934

E-mail: pajor@noi2.sote.hu


#### Klinikai szakvélemény

Készült a Semmelweis Egyetem II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Újszülött Osztályán

Osztályunkon, 2010. szeptember 22 és október 20 között klinikai körülmények között vizsgálatuk a „Biosentronics” Snuza Go nevű készüléket. A vizsgálat ideje alatt 16 újszülöttön, köztük olyan betegen, akinél ismert volt az apnoe hajlam, próbáltuk ki a készüléket. A vizsgálat során más őrző monitorral párhuzamosan használva a monitor jól vizsgázott, megbízható volt. Ha a felhelyezés jól történt, akkor téves riasztás valószínűsége elenyésző volt, ilyen esetekben is csak légző, nem apnoezó gyermeknél jelzett. Légzéskimaradás esetén riasztás elmaradás nem volt.

Budapest, 2010. október 22.

**SEMMEIWEIS EGYETEM**  
II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály  
1082 Budapest, Üllői út 78/a.

  
Dr. Nobilis András PhD  
Egyetemi docens, osztályvezető