

DEBRECENI EGYETEM  
ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM  
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika  
Igazgató: Prof. Dr. Tóth Zoltán egyetemi tanár  
4012 Debrecen, Nagyterdei krt. 98  
Levelezési cím: 4012 Debrecen, Pf. 37.  
Telefón/Fax: (52) 417-171, Információ: 417-144



UNIVERSITY OF DEBRECEN  
MEDICAL AND HEALTH SCIENCE CENTRE  
Department of Obstetrics and Gynecology  
Director: Prof. Zoltán Tóth M.D., Ph.D., D.Sc.  
Nagyterdei krt. 98. Debrecen, Hungary H-4032  
Address: Debrecen, P.O.B. 37. Hungary H-4012  
Telephone/Fax: + 36 (52) 417-171



### Vélemény a „SNUZA GO „ hordozható babafigyelő készülékről

A készülék előnye a „hagyományos” légzésfigyelőkkel szemben három dologban rejlik: a méretében, a hordozhatóságában, és az egyszerű kezelhetőségében.

Rendkívül kis méretű, a súlya néhány gramm, a tenyerünkben elfér, ebből következik, hogy könnyen mobilizálható, bárhol és bármikor használható, nem csak helyhez kötötten, otthon a kiságyban.

A használatához semmilyen előkészületre nincs szükség, néhány gombnyomás és működik.

Nincsenek érzékelő lapok, vezetékek, stb..., mint az eddig ismert légzésfigyelőknél, amelyek gondos elhelyezés, csatlakoztatás után használhatók és azután is folyton ellenőrizni, állítani kell.

Nincs bonyolult menüje, de ugyanakkor több funkcióval bír, mint az előbb említett készülék, állítható a riasztási idő, beállítható a „kattogó hang „ ez három hangerő fokozatban, és ha ezt a bébi őrzővel kombináljuk, távolról is halljuk .


A riasztás is több fokozatú, és a hangadás előtt a mozgást jelző lámpa színéből már láthatjuk, ha gyengül a légzés.

További előnyei még, hogy bőrbarát anyagból készült, lekerékített, biztonságos a felülete, könnyen tisztítható.

A legmegnyugtatóbb az volt a tesztelési idő alatt, hogy nem volt téves riasztás.

/ egy esettől eltekintve, amikor túl laza volt a pelenka /

KÖSZÖNJÜK, HOGY KIPRÓBÁLHATTUK !

  
Zsámboki Judit  
Intézetvezető szülésznő

Debrecen, 2010.10.12.